FICHA TECNICA

PROBETAS CLASE B

Las tolerancias de los instrumentos están dentro de los límites de error fijados por las normas DIN e ISO.
Estos instrumentos tienen marcas cortas.



MARCA	**ACADEMY**
ORIGEN	**CEE (Republica Checa)**
TIPO DE VIDRIO	**BOROSILICATO 3,3**
GRADUACION	**BLANCA**
CALIBRADAS A	**20ºC**
FABRICADAS CONFORME	**NORMAS DIN 12680/2 ISO 4788**
HS code	**70172000**

Capacidad nominal	Tolerancia +/- ml	Graduación	Altura	Referencia
5 ml	0,1 ml	± 0,1 ml	115 mm	**164.005-ACA**
10 ml	0,2 ml	±0,2 ml	143 mm	**164.010-ACA**
25 ml	0,5 ml	±0,5 ml	173 mm	**164.025-ACA**
50 ml	1 ml	± 1,0 ml	200 mm	**164.050-ACA**
100 ml	1 ml	± 1,0 ml	252 mm	**164.100-ACA**
250 ml	2 ml	± 2,0 ml	315 mm	**164.250-ACA**
500 ml	5 ml	± 5,0 ml	375 mm	**164.500-ACA**
1 litro	10 ml	± 10 ml	460 mm	**164.940-ACA**

Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona
Teléfonos 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com