MICROPIPETTES UltraLite

Les nouvelles micropipettes UltraLite de DIGIPETTE sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité, gage d'une grande résistance.
Leur conception réduit au minimum l'espace d'air entre le piston et le liquide
Avec mécanisme de verrouillage du volume
Permettent un étalonnage direct et efficace
Mécanisme d'éjection des pointes intégré
Actionnement souple du mécanisme de distribution pour un pipetage léger, avec des forces de 5-3 N au premier cran et de 14-10 N au second cran
Boîtier en polycarbonate
Cône compatible avec les pointes standard disponibles
Autoclavables à 121 °C et 15 psi pendant 15 à 20 minutes
Identification par code couleur
Certificat d'étalonnage individuel conforme à la norme ISO 8655
Système de réglage du volume à crans (clic-stop)

Volume fixe

Volume	Inexactitude +/-	Imprécision +/-	Référence
5 µl	2 % - 0,10 µl	1 % - 0,05 µl	**143.102**
10 µl	1 % - 0,10 µl	0,5 % - 0,05 µl	**143.103**
20 µl	0,8 % - 0,16 µl	0,4 % - 0,08 µl	**143.104**
50 µl	0,8 % - 0,40 µl	0,4 % - 0,20 µl	**143.105**
100 µl	0,6 % - 0,60 µl	0,2 % - 0,20 µl	**143.106**
200 µl	0,60 % - 1,20 µl	0,2 % - 0,40 µl	**143.107**
500 µl	0,60 % - 3,0 µl	0,2 % - 1,0 µl	**143.108**
1 000 µl	0,60 % - 6,0 µl	0,2 % - 2,0 µl	**143.109**
2 000 µl	0,60 % - 12,0 µl	0,2 % - 4,0 µl	**143.110**





Volume variable

Volume	Inexactitude +/-	Imprécision +/-	Référence
0,2-2 µl	2 % - 0,04 µl	1,2 % - 0,024 µl	**143.1101**
0,5-10 µl	1 % - 0,10 µl	0,5 % - 0,05 µl	**143.1102**
2-20 µl	0,8 % - 0,16 µl	0,4 % - 0,08 µl	**143.1103**
5-50 µl	0,8 % - 0,40 µl	0,4 % - 0,20 µl	**143.1104**
10-100 µl	0,6 % - 0,60 µl	0,2 % - 0,20 µl	**143.1105**
20-200 µl	0,60 % - 1,20 µl	0,2 % - 0,40 µl	**143.1106**
100-1 000 µl	0,60 % - 6,0 µl	0,2 % - 2,0 µl	**143.1107**
500-5 000 µl	0,60 % - 30,0 µl	0,2 % - 10,0 µl	**143.1108**
500-10 000 µl	0,60 % - 60,0 µl	0,2 % - 20,0 µl	**143.1109**





Comercial Labor, S.A
Grases, 9
08004 Barcelona

Téléphones 934246225
934266135
labor@comerciallabor.com