

PROBETAS CLASE A

Las tolerancias de los instrumentos están dentro de los límites de error fijados por las normas DIN e ISO.

Estos instrumentos tienen marcas circulares en los puntos principales.

MARCA	NORMAX
ORIGEN	CEE
TIPO DE VIDRIO	BOROSILICATO 3,3
GRADUACION	AZUL
CALIBRADAS A	20°C
FABRICADAS CONFORME	NORMAS DIN 12680/2 ISO 4788



Capacidad nominal	Tolerancia +/- ml	Graduación	Referencia
5 ml	0,05	0,1 ml	164.05-A
10 ml	0,10	0,2 ml	164.010-A
25 ml	0,25	0,5 ml	164.025-A
50 ml	0,50	1 ml	164.050-A
100 ml	0,50	1 ml	164.100-A
250 ml	1,00	2 ml	164.250-A
500 ml	2,50	5 ml	164.500-A
1000 ml	5,00	10 ml	164.940-A
2000 ml	10,00	20 ml	164.950-A